



बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

भरतपुर, चितवन

दररेट (Quotation) पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना
सुचना प्राकशित मिति २०८२/१०/१४

यस बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको शल्यक्रिया कक्षको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण ultrasonic surgical scalpel /मालसामान खरिद गर्नुपर्ने भएको हुँदा उक्त सम्बन्धि कारोबार गर्ने बिक्रेता/सप्लायर्स/कम्पनी/फर्मले यस सुचना प्रकाशित भएको मितिले ५ (पाँच) दिनभित्र यस अस्पतालमा आफ्नो तपसिल बमोजिमका कागजातहरु संलग्न गरि उल्लिखित मालसामानको प्रचलित बजार भाँउ अनुसारको दररेट प्रस्ताव इमेल मार्फत bpkmchprocurement@gmail.com / bpkmchhospital@gmail.com वा सोझै अस्पतालमा पेश गर्नुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । थप जानकारीको लागि अस्पतालमा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।

तपसिल

S. No.	Description of Item	Unit	Quantity
1	Ultrasonic surgical scalpel	Unit	1

संलग्न गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात

- आ.व. २०८२-०८३ को लागि मौजुदा सुचि दर्ताको लागि निवेदन (अस्पतालको मौजुदा सुचिमा दर्ता नभएका फर्म/कम्पनिको लागि मात्र)
- मु.अ.कर दर्ताको प्रमाणपत्र
- फर्म/कम्पनि दर्ताको प्रमाणपत्र नविकरण समेत
- आ.व. २०८१/०८२ को करचुक्ता प्रमाणपत्र वा आय विवरण पेश गरेको प्रमाण
- दररेट पेश गरेको निवेदन (यसैसाथ संलग्न बमोजिम)

कार्यकारी निर्देशक

मिति:

श्रीमान् कार्यकारी निर्देशकज्यू
बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल,
भरतपुर चितवन ।

विषय : दररेट पेश गरिएको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा तँहा अस्पतालबाट मिति २०८२/१०/१४ मा प्राकशित सुचना/पत्र अनुसार Ultrasonic surgical scalpel मालसामान खरिदको लागि दररेट माग गरिएकोमा देहाय बमोजिमको दररेट प्रस्ताव गरेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तपसिल

S. No.	Description of Item	Unit	Quantity	Per Unit rate in Fig (NPR-Without VAT)	Per Unit Price in Word	Total Amount
1	Ultrasonic surgical scalpel (As per Attached Specification)	Unit	1			
Total Amount (Without VAT)						

- क. त्यस अस्पतालको कोटेशन पेश गरेको मालसामान/उपकरण आवश्यक निर्माण तथा सेवा सम्बन्धमा कार्यदिश /खरिद आदेश पश्चात तोकिएको समयमा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाई बिल भर्पाई समयमा नै बुझाउने छु ।
- ख. सार्वजनिक खरिद कारवाहीमा भाग लिन रोक लगाइएको वा प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानून बमोजिम कालो सुचिमा परी अयोग्य भएको छैन साथै प्रस्तावित हुने खरिद कारवाहीमा कुनै किसिमबाट स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुने छैन ।
- ग. पेश गरेको दररेट प्रचलित बैँजारभाउ अनुसारको छ र यदि उक्त दर प्रचलित बैँजारभाउ अनुसारको नपाइएमा त्यसको जिम्मेवारी हामी लिनेछौं भनी स्वीकार गर्दछौं । म/हामी संलग्न फर्म वा कम्पनिबाट पेश भएका कागजाहरु तथा गरेका कार्यहरु गलत वा झुटा ठहरीए कानून बमोजिम सहुँला बुझाउला ।

फर्म/ कम्पनीको नाम र ठेगाना छाप		अख्तियार प्राप्त व्यक्तीको नाम:	
		आधिकारीक दस्तखत:	
स्था. ले.नम्बर (PAN NO)		मोबाइल नं /फोन नः	

Technical Specification for Ultrasonic Surgical System		
S.N.	Purchaser Specification	Remarks
	Manufacturer:	
	Brand:	
	Type / Model:	
	Country of Origin:	
	Technical Specification	
1	Intended Use: Suitable for open and laparoscopic surgical procedures.	
2	Technology: Ultrasonic vibration technology for cutting and coagulation.	
3	Generator: Microprocessor-controlled generator	
4	Operating Frequency: Approximately 50 kHz or more.	
5	Power Modes: Multiple selectable power modes for cutting and coagulation.	
6	Handpiece: Ergonomic, lightweight, reusable handpiece.	
7	Instrument Lengths: Suitable for open and laparoscopic surgery.	
8	Vessel Sealing Capacity: Up to at least 5 mm vessel diameter.	
9	Thermal Spread: Minimal lateral thermal damage.	
10	User Interface: Digital display	
11	Safety Features: Audible / visual alarms.	
12	Electrical Supply: 220–240 V, 50 Hz AC.	
13	Electrical Safety: IEC 60601 compliance.	
14	Standard Accessories(1 each)to be supplied with machine: a)handpiece, b) Dual function foot switch(water proof), c)cables as needed, d)trolley, e)Hamonic scalpel approx:(i. for laparoscopic : 5 mm diameter and 35 cm long ii. For Open surgery 5 mm diameter and 9 cm long iii. For Open Surgery 5 mm diameter and 17 cm long)	
15	Installation & Commissioning: On-site by authorized personnel.	
16	Training: On-site clinical and technical training.	
17	Documentation: User and service manuals in English.	
18	Certification: ISO 13485 certified ..CE and/or US FDA approved.	
19	Warranty: Minimum 2 years. Planned Preventive Maintenance as per manufacturer recommendation and Corrective Maintenance Whenever required during warranty period	